

## DENTAL UYGULAMALARA YÖNELİK YÜKSEK SICAKLIK FIRINI



### Marka ve Model

Ivoclar vivadent Programat P300

### Test Düzenneği Hakkında Bilgi

-

### Bulunduğu Laboratuvar

Biyomekanik, 3B46  
+90 232 301 92 93

### Sorumlu Personel

Doç. Dr. Yusuf ARMAN  
[yusuf.arman@deu.edu.tr](mailto:yusuf.arman@deu.edu.tr)  
+90 232 301 92 42